

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання
державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в ЄДР: Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня", 34403, Україна, Рівненська область, Вараш, вул. Енергетиків, будинок 23, код за ЄДРПОУ – 33992414.

Предмет закупівлі: Медичне обладнання (Апарат дитячої реанімації - НК 024:2023 – 46634 - Монітор тиску в дихальних шляхах без електроживлення; код номенклатурної позиції ДК 021:2015 33172000-6 «Апаратура для анестезії та реанімації»). Відкриті торги з особливостями ДК 021:2015: 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації.

Закупівля зареєстрована за Ідентифікатором закупівлі: UA-2025-05-29-010904-а.

Обґрунтування доцільності закупівлі. Для забезпечення роботи реанімаційного відділення та надання якісних послуг населенню.

Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрхованої замовником та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики визначено з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість обрхована з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275; розмір витрат визначено відповідно до розрахунку видатків до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" на 2025 рік.

Очікувана вартість закупівлі: 95500,00 грн. (Дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот грн.. 00 коп.) з ПДВ.

Строк поставки – до 31 липня 2025р.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Апарат дитячої реанімації – 1 штука.

1	Газовий респіратор, має забезпечувати контроль і точну реанімацію новонароджених дітей у лікарняних палатах, дитячих кімнатах та відділеннях інтенсивної терапії новонароджених. Пристрій для дихання дитини, у якому користувач може визначити точний тиск суміші повітря/кисню, що передається в легені дитини.
2	Габаритні розміри не більше Ш*Г*В 22*15*30 см
3	Вага не більше 1,8 кг
4	Наявність манометру із діапазоном відображення від -20 до 80 см H ₂ O
5	Максимальний тиск не менше 5-70 см H ₂ O
6	Піковий тиск не більше 0-70 см H ₂ O за потоку 8 л/хв
7	Наявність регульованого клапану скидання тиску
8	Тиск ПТКВ не менше 1-10 см H ₂ O за потоку 8 л/хв
9	Діапазон потоку газу на вході не менше 5-15 л/хв
10	Наявність ручки для перенесення
11	Піковий тиск на вдиху в діапазоні не менше 5 л/хв, 2–70 см H ₂ O (мбар) 8 л/хв, 3–72 см H ₂ O (мбар) 10 л/хв, 4–73 см H ₂ O (мбар) 15 л/хв, 8–75 см H ₂ O (мбар)

