

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в ЄДР: Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня", 34403, Україна, Рівненська область, Варащ, вул. Енергетиків, будинок 23, код за ЄДРПОУ – 33992414.

Предмет закупівлі: Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування апарата штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 (серійний номер: 2304), апарата штучної вентиляції легенів HAMILTON-C3 (серійний номер: 9411), апарата штучної вентиляції легенів HAMILTON-C6 (серійний номер: 13318), апарата для анестезії Leon (серійний номер: 0200020HUL00301488), апарата для анестезії Leon (серійний номер: 0200020HUL99920394), апарата для анестезії Leon Plus (серійний номер: 0200010HUL99911470) Відкриті торги з особливостями ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.

Закупівля зареєстрована за Ідентифікатором закупівлі: UA-2026-09-14-008961-a.

Обґрунтування доцільності закупівлі. Для надання якісних послуг населенню Вараської громади та військовослужбовцям; з метою забезпечення безперебійної роботи відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня",

Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої замовником та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики визначено з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість обрахована з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275; розмір бюджетного призначення визначено відповідно до розрахунку видатків до плану використання бюджетних коштів Комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня" на 2026 рік.

Очікувана вартість закупівлі: 453570,00 грн. (Чотириста п'ятдесят три тисячі п'ятсот сімдесят грн.. 00 коп.) з ПДВ.

Строк поставки – до 25 грудня 2026р.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування апарата штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 (серійний номер: 2304), в комплекті:		
1.1	Апарат ШВЛ		
1.1.1	Розбирання та збирання	Посл.	1
1.1.2	Чистка	Посл.	1
1.1.3	Заміна вхідного фільтра O2	Посл.	1
1.1.4	Заміна датчика кисню	Посл.	1
1.1.5	Заміна мембрани клапана видиху багаторазового використання для дорослих	Посл.	1

1.1.6	Проведення повної калібровки	Посл.	1
1.1.7	Проведення загального тестування	Посл.	1
2	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування апарата штучної вентиляції легенів HAMILTON-C3 (серійний номер: 9411), в комплекті:		
2.1	Апарат ШВЛ		
2.1.1	Розбирання та збирання	Посл.	1
2.1.2	Чистка	Посл.	1
2.1.3	Заміна вхідного фільтра O2	Посл.	1
2.1.4	Заміна датчика кисню	Посл.	1
2.1.5	Заміна мембрани клапана видиху багаторазового використання для дорослих	Посл.	1
2.1.6	Проведення повної калібровки	Посл.	1
2.1.7	Проведення загального тестування	Посл.	1
3	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування апарата штучної вентиляції легенів HAMILTON-C6 (серійний номер: 13318), в комплекті:		
3.1	Апарат ШВЛ		
3.1.1	Розбирання та збирання	Посл.	1
3.1.2	Чистка	Посл.	1
3.1.3	Заміна вхідного фільтра O2	Посл.	1
3.1.4	Заміна HEPA фільтра	Посл.	1
3.1.5	Заміна датчика SpO2 Nihon Kohden	Посл.	1
3.1.6	Заміна мембрани клапана видиху багаторазового використання для дорослих	Посл.	1
3.1.7	Проведення повної калібровки	Посл.	1
3.1.8	Проведення загального тестування	Посл.	1
4	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування апарата для анестезії Leon (серійний номер: 0200020HUL00301488), в комплекті:		
4.1	Апарат для анестезії		
4.1.1	Розбирання та збирання апарата	Посл.	1
4.1.2	Чистка апарата	Посл.	1
4.1.3	Заміна щорічного сервісного комплекту №1 док станції	Посл.	1
4.1.4	Заміна щорічного внутрішнього сервісного комплекту №2	Посл.	1
4.1.5	Заміна щорічного сервісного комплекту №3 модуля пацієнта	Посл.	1
4.1.6	Заміна сервісного комплекту №4 (6 років)	Посл.	1
4.1.7	Заміна комплекту акумуляторних батарей	Посл.	1
4.1.8	Калібрування апарата	Посл.	1
4.1.9	Тестування апарата	Посл.	1
4.2	Повітряний компресор		
4.2.1	Розбирання та збирання компресора	Посл.	1
4.2.2	Чистка компресора	Посл.	1
4.2.3	Заміна сервісного комплекта компресора	Посл.	1
4.2.4	Заміна фільтра системи охолодження	Посл.	1
4.2.5	Заміна редуктора високого тиску	Посл.	1
4.2.6	Заміна вхідного HEPA фільтра агрегата	Посл.	1
4.2.7	Тестування компресора	Посл.	1
5	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування апарата для анестезії Leon (серійний номер: 0200020HUL99920394), в комплекті:	Посл.	

5.1	Апарат для анестезії		
5.1.1	Розбирання та збирання апарата	Посл.	1
5.1.2	Чистка апарата	Посл.	1
5.1.3	Заміна щорічного сервісного комплекта №1 док станції	Посл.	1
5.1.4	Заміна щорічного внутрішнього сервісного комплекта №2	Посл.	1
5.1.5	Заміна щорічного сервісного комплекта №3 модуля пацієнта	Посл.	1
5.1.6	Заміна комплекта акумуляторних батарей	Посл.	1
5.1.7	Калібрування мультигазового модуля	Посл.	1
5.1.8	Калібрування апарата	Посл.	1
5.1.9	Тестування апарата	Посл.	1
5.2	Повітряний компресор		
5.2.1	Розбирання та збирання компресора	Посл.	1
5.2.2	Чистка компресора	Посл.	1
5.2.3	Заміна сервісного комплекта компресора	Посл.	1
5.2.4	Заміна фільтра системи охолодження	Посл.	1
5.2.5	Заміна вхідного НЕРА фільтра агрегату	Посл.	1
5.2.6	Заміна колби автоматичного вологозбірника	Посл.	1
5.2.7	Тестування компресора	Посл.	1
6	Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування апарата для анестезії Leon Plus (серійний номер: 0200010hul99911470), в комплекті:	Посл.	
6.1	Апарат для анестезії		
6.1.1	Розбирання та збирання апарата	Посл.	1
6.1.2	Чистка апарата	Посл.	1
6.1.3	Заміна щорічного сервісного комплекту №1 док станції	Посл.	1
6.1.4	Заміна щорічного внутрішнього сервісного комплекту №2	Посл.	1
6.1.5	Заміна щорічного сервісного комплекту №3 модуля пацієнта	Посл.	1
6.1.6	Заміна комплекту акумуляторних батарей	Посл.	1
6.1.7	Калібрування апарата	Посл.	1
6.1.8	Калібрування мультигазового модуля	Посл.	1
6.1.9	Тестування апарата	Посл.	1
6.2	Повітряний компресор		
6.2.1	Розбирання та збирання компресора	Посл.	1
6.2.2	Чистка компресора	Посл.	1
6.2.3	Заміна сервісного комплекту компресора	Посл.	1
6.2.4	Заміна фільтра системи охолодження	Посл.	1
6.2.5	Заміна вхідного НЕРА фільтра агрегату	Посл.	1
6.2.6	Заміна соленоїдного клапана	Посл.	1
6.2.7	Тестування компресора	Посл.	1